VAISALA

露点温度変換器 HMT317（加温プローブ及び燃料電池関連向け）オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	露点温度変換器(高湿高温環境用気密タイプ) HMT310			**C**		**A**				**A**		**4**					**1**		**2**
1	変換器	HMT317(加温プローブ)	7																
		HMT317(燃料電池向け)	F																
2	出力項目	露点＋霜点+混合比		C															
3	取り付けプレート	取付プレート（72.5 x 115 mm）			5														
		取付プレート（小）(48.5 x 115 mm）			6	A													
5	アナログ出力	4... 20 mA + RS232C※					**1**												
		0... 20 mA + RS232C※					**2**												
		1…5 V + RS232C※					**J**												
		0…5 V + RS232C※					**4**												
		0…10 V + RS232C※					**5**												
	アナログ出力	アナログ出力　なし						A	A										
	Ch1−Ch2	露点（Td） -40…+100 ℃						N	N										
		露点/霜点（Td/f） -40…+100 ℃						P	P										
		混合比（x） 0…500 g/kg d.a.						R	R										
	特別設定	項目: Ch1 _____ Ch2 _____						X	X										
		範囲: Ch1 _____ Ch2 _____																	
6			**Ch1**																
7	注:アナログ出力なしの場合は項目6,7共にAを選択してください。		**Ch2**							A									
9	単位	℃（摂氏）									1								
		℉(華氏）									2								
10	ケーブルコネクタ	8ピンコネクタ(5mケーブル付）										**4**							
11	取扱説明書	なし											A						
		英語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、										B						
		日本語	いずれも追加1部毎に¥3,000となります										D						
12	プローブケーブル長	2m												P					
		5m												Q					
		10m												R					
13	湿度センサ	HumiCap 180RC （長期安定性重視+コンポジットセンサ+ケミカルパージ機能）													F				
		HumiCap 180RC （長期安定性重視+コンポジットセンサ+電源投入時ケミカルパージのみ）													G				
		HumiCap 180RC （長期安定性重視+コンポジットセンサ+ケミカルパージなし、燃料電池向け）													E				
		HumiCap 180VC （触媒センサ+ケミカルパージ機能付）													K				
14	センサ保護	ステンレスネット付PPSグリッド	***(DRW010281SP)***													A			
		焼結金属フィルター	***(HM47280SP)***													C			
		ステンレスグリッド	***(HM47453SP)***													D			
		メンブレンフィルター(燃料電池向け）	***(214848SP)***													G	1		
16	取付けキット	なし																A	
		ダクト取付けキット	***(210697)***															B	
		スウェジロック ISO3/8	***(SWG12ISO38)***															G	
		スウェジロック NPT1/2	***(SWG12NPT12)***															H	
		ケーブルグランドARGO M20x1.5	***(HMP247CG)***															J	
17	校正	ISO 9001 適合校正 (英文校正証明書付)※※																	2

ご注意:本製品は防爆対応機器ではございません。

※RS232CでPCと接続する場合、8ピンコネクタケーブルとDサブ9ピンコネクタを組合わせる必要があります（要はんだ接続）

※※日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。